



救急搬送中における事故の発生について

葉山町消防本部において救急活動中、搬送先の医療機関にて傷病者を受傷させた事案が発生しました。

関係者の皆様並びに町民の皆様にご心配をおかけしたことを、深くお詫び申し上げます。今後、このような事故を二度と起こさないよう再発防止を徹底します。

◆事故発生場所

葉山町内医療機関

◆傷病者

90代女性(内科疾患による救急要請、傷病程度 中等症)

◆横転による傷病名及び程度

左側頭部挫創、軽傷(経過観察中)

◆現在の傷病者の状況

内科疾患により入院中

◆事故概要

令和8年4月23日(木)11時25分頃、当消防本部の救急隊が傷病者を救急搬送し、医療機関到着後、救急車の車両後部から傷病者を乗せたストレッチャーを引き出そうとした際、傷病者ごと横転させてしまい傷病者を負傷させたもの。

◆横転の原因

伸縮式であるストレッチャーの脚部が固定されない状態で救急車から引き出されたためストレッチャーがバランスを崩し横転したものです。

◆事故後の対応

直ちに負傷した傷病者及び御家族に対し、事故の状況説明及び謝罪を行いました。

◆再発防止

職員に対し事故発生原因について共有するとともに、安全管理マニュアルの再確認、資機材の取扱い訓練を行い再発防止に万全を期してまいります。

【問合せ】 消防総務課 守屋

消防署 八木田

電話 046-876-0119